TECHNOPATH
CLINICAL DIAGNOSTICS

EN PARTENARIAT AVEC

Roche

Contrôles de qualité **indépendants** et solutions logicielles informatiques pour les systèmes Roche **cobas**®.

THE QUALITY CONTROL COMPANY

Cher lecteur,

Ceci est un document numérique. Veuillez cliquer sur un élément du sommaire pour accéder directement à cette page. Cliquez sur le numéro de la page pour revenir au sommaire.

Sommaire

Introduction

Amélioration de l'efficacité des laboratoires grâce aux solutions CQ de Technopath 3

Une plus grande efficacité des processus de CQ 4

Matériaux de contrôle qualité indépendants pour les systèmes Roche

Multichem IA Plus 5

Multichem S Plus 6

Multichem P 7

Multichem U 8

Multichem ID-G 9

Multichem ID-GNeg. 9

Logiciel de contrôle qualité

Programme de comparaison inter-laboratoires et des groupes de pairs IAMQC 10

Informations relatives aux commandes

Informations relatives aux commandes pour les CQ indépendants pour les systèmes Roche 11

Contrôles complémentaires de Technopath Clinical Diagnostics 12

Amélioration de l'efficacité des laboratoires grâce aux solutions CQ de Technopath Clinical Diagnostics



Récupérez de l'espace de stockage

Le passage à une solution consolidée libère de l'espace dans le congélateur du laboratoire, qui peut être utilisé à d'autres fins ou pour conserver des stocks de CQ couvrant une période beaucoup plus longue.

Réduisez les erreurs et les délais de traitement des CQ

La consolidation des matériaux de CQ permet de réaliser d'importantes économies de main-d'œuvre en réduisant les manipulations nécessaires au déroulement d'un processus de CQ. Des études indépendantes[1] ont également montré qu'une réduction du nombre physique de flacons de contrôle de qualité interne peut entraîner une diminution des erreurs de transposition commises par le personnel de laboratoire.

Réduisez la perte due aux volumes morts

Le regroupement d'un certain nombre de produits en un seul permet de réduire les volumes morts, ce qui signifie une réduction du volume global de matériel de CQ à acheter.

Réduisez le temps d'analyse des CQ

Les solutions de connectivité automatisées avec le programme inter-laboratoires IAMQC® rationalisent la collecte des données et réduisent ainsi le temps d'analyse des CQ.

Réduisez le poids des déchets de consommables

Moins de flacons et moins d'emballages signifient qu'un laboratoire produira moins de déchets, réduisant ainsi considérablement son empreinte carbone.

RÉCUPÉREZ
DE L'ESPACE DE STOCKAGE

PreciControls correspondants

Multichem® **IA Plus**
Technopath

RÉDUISEZ
LES ERREURS ET LES DÉLAIS DE TRAITEMENT DES CQ

Représentation de la perte due aux volumes morts sur PreciControls

Représentation de la perte due aux volumes morts sur Multichem **IA Plus**

RÉDUISEZ
LA PERTE DUE AUX VOLUMES MORTS

RÉDUISEZ
LE TEMPS D'ANALYSE DES CQ AVEC IAMQC®

Flacons, godets et pastettes usagés PreciControls

Tubes usagés **IA Plus** Multichem®

RÉDUISEZ
LE POIDS DES DÉCHETS DES CONSOMMABLES

Technopath et Roche permettent à votre laboratoire d'améliorer l'efficacité de ses processus de CQ.

Accréditation/Conformité réglementaire
Les matériaux de CQ indépendants facilitent la réponse aux exigences règlementaires et d'accréditation, comme les normes CLIA, CLSI, CAP, ISO et RiliBÄK.

Cible les seuils décisionnels cliniques
Les matériaux de contrôle ciblés aux seuils décisionnels cliniques renforcent la confiance des cliniciens envers la validité des résultats des tests.

Valeur attribuée
L'assignation des valeurs permet de gagner du temps lors de la mise en place des intervalles de référence initiaux.

Configuration automatisée des nouveaux lots de CQ
Un délai d'exécution plus rapide pour la configuration du contrôle de la qualité. Utilisez le processus de configuration automatisé du contrôle de la qualité pour télécharger les cibles et les intervalles de confiance CQ directement sur votre système Roche, et réduisez ainsi les erreurs et augmentez la productivité.

Matrices humaines
Les matrices humaines offrent une performance semblable aux échantillons de patients et renforcent ainsi la confiance envers les résultats des matériaux de CQ.

Réduction des erreurs de traitement
Tous les matériaux de contrôles Technopath Multichem sont liquides, ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire de reconstituer les contrôles lyophilisés.

Chaîne d'approvisionnement rationalisée
La réduction du nombre de références à acheter rationalise la chaîne d'approvisionnement. Moins de références équivaut à un plus petit nombre de lots à gérer.

Téléchargement des résultats vers IAMQC® Peer sans installation matérielle requise
Téléchargement automatique des résultats de CQ vers IAMQC Peer, sans matériel ou logiciel supplémentaire nécessaire pour répondre aux exigences d'accréditation[1,2].

Rapports de comparaison inter-laboratoires des CQ
Le logiciel Technopath IAMQC® Peer propose des rapports Six Sigma, de Levey-Jennings, de Youden, de biais, de mesure de l'incertitude, de synthèse mensuelle et des exceptions pour donner à votre laboratoire les informations dont il a besoin pour surveiller le CQ. Plusieurs langues sont prises en charge.

1. « Le laboratoire doit participer à des programmes de comparaison inter-laboratoires… » ISO 15189 : 2003(E), sous-alinéa 5.6.4.
2. « [Un] laboratoire doit participer activement aux programmes de CQ inter-laboratoires lorsque de tels programmes sont disponibles. » CLSI, C24-A3, Vol. 26, No. 25.

Multichem® **IA Plus**

Contrôle d'immuno-analyse consolidé au format liquide, prêt à l'emploi

Caractéristiques

- Formulation humaine brevetée
- Imite la performance des échantillons de patients
- Liquide congelé pour une plus grande facilité d'utilisation
- 73 analytes
- Le contrôle d'immuno-analyse consolidé comprend : les marqueurs hormonaux, cardiaques, tumoraux et certains médicaments
- Contrôle titré et valeurs attribuées pour les solutions Roche cobas®
- 3 niveaux disponibles

Spécifications

- Stabilité du flacon fermé pendant 36 mois entre -80°C et -20°C
- Stabilité du flacon ouvert pendant 10 jours entre 2 °C et 8 °C
- Exceptions spécifiques au lot notées dans notice d'utilisation

Produit	Description	Présentation	Référence
Multichem IA Plus	Contrôle titré niveau 1	12 x 4 ml (48 ml)	09339825190
	Contrôle titré niveau 2	12 x 4 ml (48 ml)	09339841190
	Contrôle titré niveau 3	12 x 4 ml (48 ml)	09339850190

Analytes avec valeur de concentration et stabilité* :

ACTH (hormone corticotrope)
AFP (alpha-foetoprotéine)
Anti-Tg (anti-thyroglobuline)
Anti-TPO (anti-thyroperoxydase)
CA 125
CA 15-3
CA 19-9
Calcitonine
CEA (antigène carcinoembryonnaire)
CK-MB
Cortisol
Digoxine
Ferritine
Folate
FSH (hormone folliculostimulante)
FT3 (Tri-iodothyronine libre)
FT4 (thyroxine libre)
HCG+ß (gonadotrophine chorionique humaine +ß)
hGH (hormone de croissance humaine)
IgE (immunoglobuline E)
Insuline
LH (hormone lutéinisante)
Myoglobine
NT-pro BNP
Peptide C
Progestérone
Prolactine
PSA libre (antigène spécifique de la prostate libre)
PSA total (antigène spécifique de la prostate total)
PTH (hormone parathyroïdienne)
S-DHEA (Sulfate de DHEA)
SHBG (globuline de liaison aux hormones sexuelles)
T3 total
T4 total
Testostérone
Tg (thyroglobuline)
Troponine I
Troponine T
TSH (Thyréostimuline)
T Uptake
Vitamine B_{12}
Vitamine D Total
Œstradiol

Les analytes ci-dessous peuvent être présents dans le produit.
Aucune revendication n'est faite concernant leurs perfomances et leur stabilité*.

17-OH Progestérone
Acide valproïque
Acide valproïque libre
Acétaminophène
Aldostérone
Androstènedione
Anti-CCP
BNP
Carbamazépine
Carbamazépine libre
CRP ultra sensible
Cyclosporine
Gentamicine
HCG STAT
Homocystéine
IGF-1
Lidocaïne
Lithium
NAPA (N-Acétyl procaïnamide)
Œstriol libre
Phénobarbital
Phénytoïne
Phénytoïne libre
Procaïnamide
Procollagène de type 1
Quinidine
Salicylate
Testostérone libre
Théophylline
Tobramycine
Vancomycine

* Veuillez vous reporter aux notice d'utilisation spécifiques à chaque lot pour connaître les déclarations de performance et de stabilité.

Multichem® S Plus

Contrôle sérique de chimie consolidé au format liquide, prêt à l'emploi

Caractéristiques

- Formulation humaine brevetée
- Imite la performance des échantillons de patients
- Liquide congelé pour une plus grande facilité d'utilisation
- 82 analytes
- 3 niveaux disponible pour HDL, LDL, Apo A1 et Apo B
- Ce contrôle sérique comprend : les enzymes, substrats, protéines spécifiques et certains médicaments
- Contrôle titré et valeurs attribuées pour les solutions Roche cobas®
- 3 niveaux pour les protéines spécifiques

Spécifications

- Stabilité du flacon fermé pendant 36 mois entre -80 °C et -20 °C
- Stabilité du flacon ouvert pendant 10 jours entre 2 °C et 8 °C
- Exceptions spécifiques au lot notées dans notice d'utilisation

Produit	Description	Présentation	Référence
Multichem S Plus	Contrôle titré niveau 1	12 x 4 ml (48 ml)	09339795190
	Contrôle titré niveau 2	12 x 4 ml (48 ml)	09339809190
	Contrôle titré niveau 3	12 x 4 ml (48 ml)	09339817190

Analytes avec valeur de concentration et stabilité* :

A1AT (Alpha-1 antitrypsine)
AAGP (Alpha-1-glycoprotéine acide)
Acide urique
Acide valproïque
Acétaminophène
ALAT (alanine aminotransférase)
Albumine
Amikacine
Amylase, totale
Amylase pancréatique
APO A1 (apolipoprotéine A1)
APO B (apolipoprotéine B)
ASAT (aspartate aminotransférase)
ASLO (antistreptolysine O)
Bilirubine directe
Bilirubine totale
Bêta-2 microglobuline
Calcium
Carbamazépine
Chaîne légère kappa
Chaîne légère lambda
Chlorures
Cholestérol HDL
Cholestérol LDL
Cholestérol total
Cholinestérase
CK (créatine kinase)
CO2 (bicarbonate)
Complément C3c
Complément C4
CRP (protéine C réactive)
Créatinine
Céruloplasmine
Digoxine
Éthanol
Fer
Fructosamine
Gentamicine
GGT (gmma-glutamyltransférase)
Glucose
Haptoglobine
HBDH (Alpha-hydroxybutyrate deshydrogénase)
IgA (immunoglobuline A)
IgG (immunoglobuline G)
IgM (immunoglobuline M)
Lactate
LDH (lactate déshydrogénase)
Lipase
Lithium
LP(a) [Lipoprotéine (a)]
Magnésium
Phosphatase acide (Non prostatique)
Phosphatase acide (Total)
Phosphatase alcaline (PA)
Phosphate
Phénobarbital
Phénytoïne
Potassium
Protéine totale
Préalbumine
RF (facteurs rhumatoïdes)
Salicylate
Sodium
Théophylline
Tobramycine
Transferrine
Triglycérides
UIBC (capacité latente (non saturée) de fixation du fer)
Urée
Vancomycine

Les analytes ci-dessous peuvent être présents dans le produit.
Aucune revendication n'est faite concernant leurs perfomances et leur stabilité*.

Alpha2-macroglobuline
Antithrombine III
Bilirubine indirecte
Calcium ionisé
CK-MB
Cystatine C
Ferritine
sTfR (Récepteur soluble de la transferrine)
Sous-classe d'IgG1
Sous-classe d'IgG2
Sous-classe d'IgG3
Sous-classe d'IgG4

* Veuillez vous reporter aux notice d'utilisation spécifiques à chaque lot pour connaître les déclarations de performance et de stabiLITÉ.

Multichem® P

Contrôle haut pour les protéines spécifiques au format liquide, prêt à l'emploi

Caractéristiques

- Formulation humaine brevetée
- Imite la performance des échantillons de patients
- Liquide congelé pour une plus grande facilité d'utilisation
- 31 analytes
- Contrôle titré et valeurs attribuées pour les solutions Roche cobas®
- Fournit des valeurs vraiment élevées de protéines spécifiques pour contrôler la gamme analytique
- Contrôle supplémentaire à un seul niveau des protéines spécifiques pour compléter le Multichem S Plus
- Fournit une utilité à trois niveaux pour les facteurs rhumatoïdes (RF) lorsqu'il est utilisé en conjonction avec le Multichem S Plus

Spécifications

- Stabilité du flacon fermé pendant 36 mois entre -80 °C et -20 °C
- Stabilité du flacon ouvert pendant 14 jours entre 2 °C et 8 °C
- Exceptions spécifiques au lot notées dans notice d'utilisation

Produit	Description	Présentation	Référence
Multichem P	Niveau P	12 x 4 ml (48 ml)	09339884190

Analytes avec valeur de concentration et stabilité* :

A1AT (alpha-1 antitrypsine)
AAGP (alpha-1-glycoprotéine acide)
Albumine
APO A1 (apolipoprotéine A1)
APO B (apolipoprotéine B)
Bêta-2 microglobuline
Complément C3c
Complément C4
CRP (protéine C réactive)
Céruloplasmine
Haptoglobine
IgA (immunoglobuline A)
IgG (immunoglobuline G)
IgM (immunoglobuline M)
Protéine totale
Préalbumine
RF (facteurs rhumatoïdes)
Transferrine

Les analytes ci-dessous peuvent être présents dans le produit. Aucune revendication n'est faite concernant leurs perfomances et leur stabilité*.

A2-Macro (alpha-2-macroglobuline)
ASLO (antistreptolysine O)
Antithrombine III
Chaîne légère kappa
Chaîne légère lambda
Cystatine C
Ferritine
LP(a) [Lipoprotéine (a)]
sTfR (Récepteur soluble de la transferrine)
Sous-classe d'IgG1
Sous-classe d'IgG2
Sous-classe d'IgG3
Sous-classe d'IgG4

* Veuillez vous reporter aux notice d'utilisation spécifiques à chaque lot pour connaître les déclarations de performance et de stabiLITÉ.

Multichem® U

Contrôle urinaire de chimie consolidé au format liquide, prêt à l'emploi

Caractéristiques

- Formulation humaine brevetée
- Imite la performance des échantillons de patients
- Format liquide stable
- 13 analytes
- 2 niveaux
- Meilleure stabilité et performance pour la créatinine
- Contrôle titré et valeurs attribuées pour les solutions Roche cobas®
- L'ajout de microalbumine d'origine humaine offre une plus grande précision et une meilleure performance

Spécifications

- Stabilité du flacon fermé pendant 24 mois entre 2°C et 8°C
- Stabilité du flacon ouvert pendant 30 jours entre 2 °C et 8 °C
- Exceptions spécifiques au lot notées dans notice d'utilisation

Produit	Description	Présentation	Référence
Multichem U	Contrôle titré niveau 1	12 x 3 ml (36 ml)	09339868190
	Contrôle titré niveau 2	12 x 3 ml (36 ml)	09339876190

Analytes avec valeur de concentration et stabilité* :

Amylase
Calcium
Chlorure
Créatinine
Glucose HK
Magnésium
Microalbumine
Phosphate
Potassium
Sodium
Protéine totale urine
Urée
Acide urique

* Veuillez vous reporter aux notice d'utilisation spécifiques à chaque lot pour connaître les déclarations de performance et de stabiLITÉ.

Multichem® **ID-G**

Contrôle positif d'infectiologie multianalytes

Caractéristiques

- Formulation humaine brevetée
- Imite la performance des échantillons de patients
- Liquide pour une plus grande facilité d'utilisation
- 6 analytes
- Assistance technique et scientifique

Spécifications

- Stabilité du flacon fermé pendant 24 mois entre 2°C et 8°C
- Stabilité du flacon ouvert pendant 90 jours entre 2 °C et 8 °C

Produit	Description	Présentation	Référence
Multichem ID-G	CQ positif	4 x 4 ml (16 ml)	09339892190

Positif pour :

Anti-HBc IgG
Anti-HCV IgG
Anti-HIV 1 IgG
Anti-HTLV I IgG
Anti-Treponema pallidum IgG
HBsAg

Multichem® **ID-GNeg**

Contrôle négatif d'infectiologie multianalytes

Caractéristiques

- Formulation humaine brevetée
- Imite la performance des échantillons de patients
- Liquide pour une plus grande facilité d'utilisation
- 6 analytes
- Assistance technique et scientifique

Spécifications

- Stabilité du flacon fermé pendant 36 months entre 2°C et 8°C
- Stabilité du flacon ouvert pendant 90 jours entre 2 °C et 8 °C

Produit	Description	Présentation	Référence
Multichem ID-GNeg	CQ négatif	4 x 4 ml (16 ml)	09339906190

Négatif pour :

Anti-HBc IgG
Anti-HCV IgG
Anti-HIV 1 IgG
Anti-HTLV I IgG
Anti-Treponema pallidum IgG
HBsAg

TECHNOPATH
CLINICAL DIAGNOSTICS

EN PARTENARIAT AVEC Roche

Programme de comparaison inter-laboratoires et des groupes de pairs **IAMQC®**

IAMQC®
YOUR QUALITY CONTROL SOFTWARE

Le moyen le plus simple d'automatiser les données de CQ des contrôles qualité **indépendants Multichem®** de Technopath.

Le programme de comparaison inter-laboratoires et des groupes de pairs **IAMQC** de Technopath permet à un laboratoire d'opter pour **la comparaison entre pairs en temps réel** avec des laboratoires au sein d'un groupe ou à travers le monde pour toutes les données de QC. Le laboratoire peut ainsi surveiller la fiabilité et la précision de ses tests en toute facilité.

S'ENREGISTRER À IAMQC PEER

https://register.iamqc.com

- Options **d'automatisation complète** disponibles
- **Comparaison quotidienne** du ou des sytèmes du laboratoire interne ou comparaisons mondiales
- Rapports de comparaison **inter-laboratoires** des CQ automatisés et puissants
- **Suivez les variations et les tendances** au fil du temps et entre lots de réactifs
- **Respectez les exigences en matière d'accréditations** pour les comparaisons aux pairs

Configuration **des instruments Roche cobas® avec le programme de comparaison inter-laboratoires et des groupes de pairs IAMQC®**

Il **n'y a rien** de plus simple.

1 ENREGISTREMENT
Saisir les informations du laboratoire dans le formulaire d'activation en ligne : **https://register.iamqc.com**

2 ACTIVATION
Le compte est activé par Technopath après vérification

3 CONNEXION
Une fois que le compte est activé, le laboratoire recevra les identifiants de connexion et un guide d'utilisateur

Contrôles qualité pour les systèmes Roche **cobas**®

Informations relatives aux commandes :
Commandez par le biais de votre contact Roche local

Produit	Caractéristiques	Spécifications	Référence	Présentation du kit
Multichem **IA Plus**	• Contrôle de qualité titré d'immunologie • 3 niveaux • 73 analytes* • Liquide congelé pour une plus grande facilité d'utilisation • Formulation humaine brevetée	• Stabilité du tube fermé pendant 36 mois entre -80 °C et -20 °C. • Stabilité du tube ouvert pendant 10 jours entre 2 °C et 8 °C.	Niveau 1 : 09339825190 Niveau 2 : 09339841190 Niveau 3 : 09339850190	12 x 4 ml (48 ml) 12 x 4 ml (48 ml) 12 x 4 ml (48 ml)
Multichem **S Plus**	• Contrôle de qualité titré, sérique, de chimie • 3 niveaux • 82 analytes* • Liquide congelé pour une plus grande facilité d'utilisation • Formulation humaine brevetée	• Stabilité du tube fermé pendant 36 mois entre -80 °C et -20 °C. • Stabilité du tube ouvert pendant 10 jours entre 2 °C et 8 °C.	Niveau 1 : 09339795190 Niveau 2 : 09339809190 Niveau 3 : 09339817190	12 x 4 ml (48 ml) 12 x 4 ml (48 ml) 12 x 4 ml (48 ml)
Multichem **P**	• Contrôle de qualité titré de protéines spécifiques • 31 analytes* • Liquide congelé pour une plus grande facilité d'utilisation • Formulation humaine brevetée	• Stabilité du tube fermé pendant 36 mois entre -80 °C et -20 °C. • Stabilité du tube ouvert pendant 14 jours entre 2 °C et 8 °C.	Niveau P : 09339884190	12 x 4 ml (48 ml)
Multichem **U**	• Contrôle de qualité titré, urinaire, de chimie • 2 niveaux • 13 analytes* • Format liquide stable • Imite la performance des échantillons de patients	• Stabilité du tube fermé pendant 24 mois entre 2 °C et 8 °C. • Stabilité du tube ouvert pendant 30 jours entre 2 °C et 8 °C.	Niveau 1 : 09339868190 Niveau 2 : 09339876190	12 x 3 ml (36 ml) 12 x 3 ml (36 ml)
- Bientôt disponible - Multichem **ID-G**	• Contrôle de qualité positif d'infectiologie • 6 analytes* • Assistance technique et scientifique	• Stabilité du tube fermé pendant 24 mois entre 2 °C et 8 °C. • Stabilité du tube ouvert pendant 90 jours entre 2 °C et 8 °C.	Positif : 09339892190	4 x 4 ml (16 ml)
- Bientôt disponible - Multichem **ID-GNeg**	• Contrôle de qualité négatif d'infectiologie • 6 analytes* • Assistance technique et scientifique	• Stabilité du tube fermé pendant 36 mois entre 2 °C et 8 °C. • Stabilité du tube ouvert pendant 90 jours entre 2 °C et 8 °C.	Négatif : 09339906190	4 x 4 ml (16 ml)

* Veuillez vous reporter aux notice d'utilisation spécifiques à chaque lot pour connaître les déclarations de performance et de stabiLITÉ.

TECHNOPATH
CLINICAL DIAGNOSTICS

EN PARTENARIAT AVEC Roche

Contrôles complémentaires

Contrôles de qualité indépendants de Technopath Clinical Diagnostics

Contactez votre représentant Technopath local pour plus d'informations sur ces produits.

NOM DU PRODUIT	RÉFÉRENCE TECHNOPATH	PRÉSENTATION DU KIT	ANALYTES	CARACTÉRISTIQUES
Multichem **A1c** Contrôle titré à un seul niveau (niveau 1) Contrôle titré à un seul niveau (niveau 2) Contrôle titré à deux niveaux	 HB001A HB002A HB000A	 12 x 1 ml 12 x 1 ml 2 x 6 x 1 ml	• HbA1c	• Stabilité du flacon fermé pendant 24 mois entre -80 °C et -20 °C. • Stabilité du flacon ouvert pendant 30 jours entre 2 °C et 8 °C.
Multichem **AE** Contrôle titré à un seul niveau (niveau 1) Contrôle titré à un seul niveau (niveau 2) Contrôle titré à un seul niveau (niveau 3) Contrôle titré à 2 niveaux	 AE611A AE612A AE612A AE600A	 12 x 2 ml 12 x 2 ml 12 x 2 ml 2 x 6 x 2 ml	• Ammoniaque • Éthanol	• Stabilité du flacon fermé pendant 36 mois entre -80 °C et -20 °C. • Stabilité du flacon ouvert pendant 14 jours entre 2 °C et 8 °C.
Multichem **AMH** Contrôle titré à 3 niveaux	AM500A	3 x 4 x 2 ml	• AMH (hormone anti-Müllérienne)	• Stabilité du flacon fermé pendant 36 mois entre -80 °C et -20 °C. • Stabilité du flacon ouvert pendant 30 jours entre 2 °C et 8 °C.
Multichem **CSF** Contrôle titré à un seul niveau (niveau 1) Contrôle titré à un seul niveau (niveau 2) Contrôle titré à 2 niveaux	 CF101A CF102A CF100A	 12 x 2 ml 12 x 2 ml 2 x 6 x 2 ml	• Glucose • Lactate • IgG • Protéine total	• Stabilité du flacon fermé pendant 36 mois entre -80 °C et -20 °C. • Stabilité du flacon ouvert pendant 30 jours entre 2 °C et 8 °C.
Multichem **D-Dimer** Contrôle titré à un seul niveau (niveau 1) Contrôle titré à un seul niveau (niveau 2) Contrôle titré à 2 niveaux	 DM901A DM902A DM900A	 12 x 1 ml 12 x 1 ml 2 x 6 x 1 ml	• D-Dimères	• Stabilité du flacon fermé pendant 36 mois entre -80 °C et -20 °C. • Stabilité du flacon ouvert pendant 30 jours entre 2 °C et 8 °C.
Multichem **hsTn** Contrôle titré à un seul niveau	HS301A	12 x 3 ml	• Troponine I • Troponine T	• Stabilité du flacon fermé pendant 36 mois entre -80 °C et -20 °C. • Stabilité du flacon ouvert pendant 10 jours entre 2 °C et 8 °C.
Multichem **IA Speciality** Contrôle titré à un seul niveau (niveau 1) Contrôle titré à un seul niveau (niveau 2) Contrôle titré à un seul niveau (niveau 3) Contrôle titré à 3 niveaux	 BP301A BP302A BP303A BP300A	 12 x 2 ml 12 x 2 ml 12 x 2 ml 3 x 4 x 2 ml	• ACTH • BNP • Calcitonine • Procalcitonine • PTH intacte (hormone parathyroïdienne intacte ou iPTH	• Stabilité du flacon fermé pendant 36 mois entre -80 °C et -20 °C. • Stabilité du flacon ouvert pendant 7 jours entre 2 °C et 8 °C.
Multichem **ID-COVID19 G**** Contrôle positif non titré pour le dépistage des anticorps en réponse au SARS-CoV-2 (IgG inclus)	CVG300P	4 x 4 ml	• Positif pour le dépistage des anticorps en réponse au SARS-CoV-2 (IgG inclus)	• Stabilité du flacon fermé pendant 21 mois entre 2°C et 8°C. • Stabilité du flacon ouvert pendant 21 jours entre 2 °C et 8 °C.
Multichem **ID-COVID19Neg**** Contrôle négatif non titré pour le dépistage des anticorps en réponse au SARS-CoV-2 (IgG inclus)	CVN200N	4 x 4 ml	• Négatif pour le dépistage des anticorps en réponse au SARS-CoV-2 (IgG inclus)	• Stabilité du flacon fermé pendant 36 mois entre 2°C et 8°C. • Stabilité du flacon ouvert pendant 30 jours entre 2 °C et 8 °C.
Multichem **NB** Contrôle titré à un seul niveau	NB800A	12 x 2 ml	• Bilirubine directe • Bilirubine totale • Caféine* • Théophylline	• Stabilité du flacon fermé pendant 36 mois entre -80 °C et -20 °C. • Stabilité du flacon ouvert pendant 14 jours entre 2 °C et 8 °C.
Multichem **WBT** Contrôle sur sang total Contrôle titré à 3 niveaux	WB000A	3 x 4 x 2 ml	• Cyclosporine • Folate* • Glucose* • Sirolimus • Tacrolimus	• Stabilité du flacon fermé pendant 36 mois entre -80 °C et -20 °C. • Stabilité du flacon ouvert pendant 30 jours entre 2 °C et 8 °C.

* Veuillez vous reporter aux notice d'utilisation spécifiques à chaque lot pour connaître les déclarations de performance et de stabilité.
** Veuillez consulter notice d'utilisation spécifique au lot pour plus d'informations.

EN PARTENARIAT AVEC Roche

TECHNOPATH
CLINICAL DIAGNOSTICS

www.technopathcd.com | info@technopathcd.com | Tel: +353 61 525700
Technopath Life Sciences Park, Fort Henry, Ballina, Co. Tipperary, V94 FF1P, Irlande.

THE QUALITY CONTROL COMPANY

MM_RocheCat_FR_Digi_R1